

# Día de la conexión: **¿QUÉ TRAER?**

- Las DOS cajas de la bomba t:slimX2:
  - La caja que trae la bomba.
  - La caja de accesorios e instrucciones.



- Bomba de insulina completamente cargada: El cable para cargarla y el adaptador de pared se incluyen en la caja de la bomba de insulina. Cuando cargue la bomba por primera vez, asegúrese de tocar 1-2-3 y luego darle "START. De lo contrario, la bomba sonará de cada cierto tiempo.

- Las cajas de los sets de infusión.



- Las cajas de los cartuchos con las jeringuillas de 3ml (Las jeringuillas y las puntas de las agujas se incluyen en la caja de los cartuchos).

- Toallitas de alcohol.



- Frasco nuevo de su insulina Humalog o Novolog.

- ID del Transmisor Dexcom G6 (esta ID se puede conseguir en la aplicación del celular Dexcom G6).

Last Calibration	None
<b>Transmitter</b>	<b>8LUYXM &gt;</b>
Use Apple Health	Off >

- En caso de haber estado conectado con Medtronic, hoja con los datos de su bomba. Favor de llenarla antes de la conexión.

- Código del sensor de Dexcom.
- Merienda con carbohidratos
- Orden de inicio para la bomba de parte de su médico.

TANDEM DIABETES CARE		Insulin Pump Start Orders	
PATIENT INFORMATION		DATE OF BIRTH: 06/11/1988	
PATIENT NAME: [Redacted]		PATIENT PHONE: [Redacted]	
Insulin Training Details: U-100 <input type="checkbox"/> Humalog <input type="checkbox"/> Novolog or <input type="checkbox"/> Other insulin (Off label):			
<input type="checkbox"/> Remote video training acceptable		<input type="checkbox"/> Saline Start (is needed for saline) to use in closed loop mode	
<input type="checkbox"/> t:slim X2 with Control IQ™ Technology		<input type="checkbox"/> t:slim X2 with Basal-IO™ Technology	
<input type="checkbox"/> On		<input type="checkbox"/> On (Default is Basal-IO before On with SuspendResume Alert OFF)	
<input type="checkbox"/> Off (Do not use Control IQ)		<input type="checkbox"/> Off (Do not use Basal IO)	